

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ЛАБОРАТОРНЫЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ЭКСПРЕСС-МЕТОД ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ТЕСТА**

Методические рекомендации

№ 01.038—08

Москва • 2008

**Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки
парфюмерно-косметической продукции
с помощью люминесцентного бактериального теста**

Методические рекомендации

№ 01.038—08

Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью люминесцентного бактериального теста. Методические рекомендации - М «Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», 2008 - 17 с

Методические рекомендации разработаны ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» (Завьялов Н.В., Клочкова С.И., Скворцова Е.Л.), МГУ им. М.В. Ломоносова (Данилов В.С., Юдина Т.П.)

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины и определения	5
4	Принцип методики	6
5	Количественная оценка параметров тест-реакции	6
6	Оборудование, химическая посуда и реактивы	7
7	Характеристика тест-объекта «Эколюм» и прибора «Биотокс-10»	8
8	Условия безопасного проведения работ	
9	Требования к квалификации лиц, проводящих биотестирование	8
10	Условия выполнения измерений	8
11	Подготовка к проведению измерений	9
12	Проведение испытаний	11
13	Обработка, оценка и оформление результатов	12
14	Контроль погрешности методики токсикологического анализа	14
15	Форма представления результатов анализа	14
	Приложение 1 (рекомендуемое)	15

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



Председатель Лабораторного Совета Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

А.И. Верещагин

Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью люминесцентного бактериального теста

MP № 01.038—08

1. Область применения.

Методические рекомендации содержат описание метода токсикологического тестирования парфюмерно-косметической (ПК) продукции с применением в качестве тест-объекта реактива люминесцентных бактерий «Эколюм» и определяют порядок проведения испытаний следующих видов ПК продукции жидкие пеномоющие средства (пена для ванн, гель для душа, жидкое туалетное мыло), шампуни для волос и тела; дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке, парфюмерные жидкости (туалетная и парфюмерная вода, духи, одеколон, лосьоны после бритья и пр.), водно-спиртовые, пропиленгликолевые экстракты, ароматические экстракты, масляные экстракты, жиросодержащие косметические средства (лосьоны, косметические эмульсии, косметическое молочко), кремы косметические, лаки маникюрные и средства для ухода за ногтями

Методические рекомендации предназначены для скрининговой оценки вновь разрабатываемой и серийно выпускаемой ПК продукции с учетом общетоксического и раздражающего действия

Методика может быть применена в качестве самостоятельного экспресс-метода или в сочетании с другими токсиколого-гигиеническими методами

Методические рекомендации предназначены для учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, учреждений научно-исследовательского и практического профиля, осуществляющих разработку новых видов ПК продукции и контроль ее качества

Результаты исследования качества ПК продукции учитывают при определении уровня их возможного прямого или косвенного влияния на здоровье человека

2. Нормативные ссылки.

- 1 Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 апреля 1991 г
- 2 «Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г № 625
- 3 Руководство Р 1 1 001-96 «Общие требования к построению, изложению и оформлению нормативных и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования»
- 4 Руководство Р 1 1 003-96 «Общие требования к организации разработки нормативных и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования»
- 5 ГОСТ Р 1 5-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации Общие требования построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов»
- 6 СанПиН 1 2 681-97 «Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
- 7 МУ 05 РЦ/3140 «Методические указания по проведению токсикологических исследований ингредиентов косметических средств в эксперименте на животных» 8 8 МР 11-1/131-09 «Определение токсичности химических соединений, полимеров, материалов и изделий с помощью люминесцентного бактериального теста»

3. Термины и определения

Экотоксикологический государственный контроль осуществляется с целью регулярного слежения за соблюдением нормативов качества окружающей среды и предупреждения попадания токсических веществ в водные объекты

Химическое загрязнение воды - изменение химического состава воды, возникшее под прямым или косвенным воздействием производственной деятельности и вызывающее снижение ее качества, и возможную опасность для здоровья населения

Токсичность - степень проявления ядовитого действия разнообразных химических соединений и их смесей Токсичность - один из важных факторов, определяющих качество воды, достаточно информативный, существенно дополняющий наше представление о степени опасности или безопасности воды при ее использовании, являющийся необходимой составной частью комплексной системы контроля при стандартном анализе воды

Критерий токсичности (индекс токсичности) - достоверное количественное значение тест-параметра, на основании которого делается вывод о токсичности воды Среди тест-параметров наиболее часто используются выживаемость, плодовитость, подавление ферментативной и метаболической активности организмов

Тест-реакция - это изменение какого-либо биохимического, морфологического, поведенческого или функционального показателя у тест-объекта под воздействием токсиканта или их смесей

Биотестирование - проведение анализов по определению токсичности с помощью живых организмов Результаты оперативно сигнализируют об опасном воздействии химического загрязнения на жизнедеятельность организмов, причем не по отдельным компонентам, а по их смесям, часто неизвестной природы и не выявляемых другими методами анализа токсических веществ

Токсические эффекты, регистрируемые методами биотестирования, включают комплексный, синергический, антагонистический и дополнительные воздействия всех химических, физических и биологических компонентов, присутствующих в исследуемой воде, неблагоприятно влияющие на физиологические, биохимические и генетические функции тест-организмов

Биолюминесценция - интенсивное свечение в видимой области спектра, отражающее специфическую ферментативную функцию и общую метаболическую активность организмов

4. Принцип методики.

В качестве тест-объекта используются препараты «Эколом» лиофилизированных люминесцентных бактерий или ферментные препараты бактериальной люциферазы. Методика основана на определении изменения интенсивности бактериальной биолюминесценции при воздействии химических веществ, присутствующих в анализируемой пробе, по сравнению с контролем. Люминесцентные бактерии оптимальным образом сочетают в себе различные типы чувствительных структур, ответственных за генерацию биоповреждений (клеточная мембрана, цепи метаболического обмена, генетический аппарат), с экспрессностью, объективным и количественным характером отклика целостной системы на интегральное воздействие токсикантов. Это обеспечивается тем, что люминесцентные бактерии содержат фермент люциферазу, осуществляющую эффективную трансформацию энергии химических связей жизненно важных метаболитов в световой сигнал на уровне, доступном для экспрессных и количественных измерений.

Критерием токсического действия является измерение с помощью прибора «Биотокс-10» интенсивности биолюминесценции тест-объекта под воздействием химических соединений, содержащихся в экстрактах ПК продукции по сравнению с раствором, не содержащей токсических веществ, или эталонной пробой. Уменьшение интенсивности биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту.

При изучении токсикологических свойств ПК продукции и ее химических ингредиентов люминесцентный бактериальный тест показывает хорошую корреляцию с их действием на высшие животные, метод Драйзе, культуры клеток человека, подкожной адсорбции, фототоксичности и т.п.

5. Количественная оценка параметров тест-реакции.

Токсическое действие исследуемой пробы определяется по ингибированию интенсивности ее биолюминесценции за 30-ти минутный (в экспрессном варианте - 5 минут) период экспозиции. Количественные оценки тест-реакции выражаются в виде безразмерной величины - индекса токсичности «Т» и функциональными токсикологическими параметрами EC20 и EC50.

Индекс токсичности «Т», равный отношению $T=100(I_0-I)/I_0$, где I_0 и I соответственно интенсивность биолюминесценции контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемой пробы с бактериальным препаратом.

Методика допускает три пороговых уровня индекса токсичности

- 1) допустимая степень токсичности образца индекс токсичности Т меньше 20,
- 2) образец токсичен индекс Т равен или больше 20 и меньше 50,
- 3) образец сильно токсичен индекс токсичности Т равен или более 50

Токсикологические параметры пробы EC20 и EC50, определяемые также посредством измерения I_0 и I , позволяют быстро и экономно выяснить вопрос при каких объемах исходного слабо токсического образца достигается установленный предел токсичности (EC20 и/или EC50) или при каких разведениях сильно токсический образец станет безопасным (величины менее EC20).

ЕС50 есть эффективный объем образца (в опытах с чистым химическим соединением - концентрация), вызывающий тушение свечение биосенсора на 50% по сравнению с контролем В этом случае образец сильно токсичен (индекс токсичности равен 50) ЕС20 есть эффективный объем образца, (в опытах с чистым химическим соединением - концентрация) который приводит к 20%-ному тушению свечения биосенсора по сравнению с контролем. В этом случае образец токсичен (индекс токсичности равен 20) Все значения величин менее ЕС20 свидетельствуют о том, что образец безвреден для человека

Вычисление величин ЕС проводят с использованием гамма-функции Гамма-функция (G) представляет собой зависимость отношения потери интенсивности свечения пробы к оставшейся интенсивности свечения пробы и описывается формулой $G=(I_0-I)/I$, где I_0 и I соответственно интенсивность биолюминесценции в контроле и опыте Функция G очень удобна для точного определения величин ЕС20 и ЕС50 путем экстраполяции графической зависимости в случаях, когда токсичность образца очень небольшая или, наоборот, когда образец высоко токсичен График G-функции в логарифмических координатах как функция изменения объема пробы (или концентрации отдельного вещества) есть теоретически прямая линия молекулярности реакции токсического вещества с одной или несколькими мишенями, связывающими эти токсиканты в тест-объекте Люминометр «Биотокс-10» позволяет представлять величины G для каждой пробы, а также автоматически вычисляет величины ЕС20 и ЕС50

Количественным параметром токсичности ПК продукции является степень разбавления образца по отношению к исходному продукту, приводящая к величине параметров ЕС20 (токсичности) и ЕС50 (острой токсичности) Количественным параметром оценки качества ПК продукции по сравнению с эталоном этой продукции, оценки ингредиентов ПК продукции и оценки фототоксичности ПК продукции служит индекс токсичности

6. Оборудование, химическая посуда и реактивы.

Измерительный прибор – люминометр типа «Биотокс-10» с набором кювет на 1,5 мл
Лиофилизированная культура микроорганизмов «Эколюм» или ферментные препараты бактериальной люциферазы, ТУ 2639-236-00209792-01

Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 1 мг, ГОСТ 24104-88

pH- метр, ГОСТ 25 7416 071 или аналоги

Сушильный электрический шкаф, ГОСТ 13474 Холодильник бытовой, обеспечивающий температуру от -18 до 4°C

Пробирки с притертыми пробками объемом 3-5 мл, ГОСТ 1770-74

Дозаторы пипеточные на объемы 1,0-0,1 мл

Цилиндры вместимостью 25, 50 мл, второго класса точности, ГОСТ 1770

Воронки делительные на 100 мл, типа ВД-1-100

Фильтры АФА-ВП-10, ТУ 95-743-80 или обеззоленные типа ФОБ, ТУ 6-09-1678

Стаканчики для взвешивания диаметром 30, 40 мм, ГОСТ 7148

Вода дистиллированная, ГОСТ 6709

Кислота соляная, ГОСТ 3118

Натрия гидроокись, ГОСТ 4328

Цинк серноокислый 7-водный, ГОСТ 4174

Спирт этиловый, х ч , ТУ 6-091710

Кислота серная, ГОСТ 4204

7. Характеристика тест-объекта «Эколюм» и прибора «Биотокс-10».

Биосенсор «Эколюм» представляет собой лиофилизированные люминесцентные бактерии или бесклеточные препараты, содержащие бактериальную люциферазу Производится в соответствии с требованиями ТУ 2639-236-00209792-01 Биосенсор

находится в стеклянных флаконах в среде инертных газов При температуре 2-4°C и ниже имеет гарантированный срок хранения не менее 1 года

Специализированный люминометр «Биотокс-10» является измерительным прибором, предназначенным для проведения токсиколого-гигиенического мониторинга объектов окружающей среды, с использованием микробных биолюминесцентных сенсоров серии «Эколюм» Сочетание биохимического датчика с современной электронной аппаратурой позволяет обнаруживать с высокой достоверностью чрезвычайно малые количества токсических соединений и их смесей В приборе используется простая и надежная технология отбора и предъявления проб, которая безопасна при проведении экологической экспертизы в лабораторных условиях

Портативный прибор «Биотокс-10» может осуществлять следующие функции в автоматическом режиме определение интенсивности биолюминесценции тест-объекта, индекса токсичности пробы, усредненной величины индекса токсичности, вычисление стандартного отклонения показателя токсичности, определения величин ЕС20 и ЕС50 - пороговых значений допустимой степени и острой степени токсичности образца, исследование динамики процесса взаимодействия токсикантов с тест-объектом, компьютерная обработка данных, наличие сигнала для оператора при превышении пробой допустимого уровня токсичности

8. Условия безопасного проведения работ.

При работе с химическими веществами необходимо соблюдать требования техники безопасности по ГОСТ 12 4 021

Рабочие столы и поверхности должны содержаться в чистоте В конце дня проводится влажная уборка рабочих поверхностей.

Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается по ГОСТ 12 1 019 и в соответствии с требованиями инструкций к оборудованию

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12 1 004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12 4 009

Используемые в качестве биотестов лиофилизированные бактерии не патогенны, однако после каждого анализа необходимо стерилизовать всю использованную посуду, остатки растворов в сушильном шкафу при 105°C в течение 1 часа

Хранить тест-культуру «Эколюм» в холодильнике при температуре от -18°C до +4°C, следует беречь культуру лиофилизированных бактерий от нагревания и резкой смены температуры

9. Требования к квалификации лиц, проводящих биотестирование.

Определение токсичности по настоящей методике выполняется оператором с квалификацией лаборант, имеющий опыт работы в области токсикологии

10. Условия выполнения измерений.

Биотестирование проводится в нормальных лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 15150 Помещение не должно содержать токсичных паров и газов

Температура окружающего воздуха в лаборатории от + 18 до 25°C Относительная влажность воздуха $80 \pm 5\%$ Атмосферное давление 84-106 кПа (630-800 мм рт ст) При использовании электроприборов частота переменного тока 50 ± 1 Гц Напряжение сети 220 ± 10 В

Освещение помещения естественное или искусственное, не ограничивается особыми требованиями

11. Подготовка к проведению измерений.

Предварительная подготовка к отбору проб и выполнению биотестирования должна обеспечивать подготовку посуды, мест хранения отобранных проб, а также подготовку рабочего места для обработки проб и исследования их на токсичность. Все процедуры предварительной подготовки должны исключить попадание токсичных, органических и каких-либо других веществ в исследуемый образец.

11.1. Подготовка посуды для отбора, хранения проб и биотестирования

Обычно используется посуда из стекла. Посуда для отбора проб и биотестирования должна быть химически чистой. Она промывается смесью бихромата калия и серной кислоты (хромовой смесью). Стенки посуды осторожно смачиваются хромовой смесью, после чего на 2-3 часа посуда оставляется, затем она тщательно промывается водопроводной водой, нейтрализуется раствором пищевой соды и промывается 3-4 раза дистиллированной водой. Для мытья посуды не разрешается пользоваться синтетическими поверхностно-активными веществами и органическими растворителями. Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для биотестирования, за исключением мерной, - в сушильном шкафу при 105°C в течение 1 часа.

Химически чистая посуда для биотестирования должна храниться с закрытыми стеклянными притертыми пробками или завинчивающимися крышками в защищенных от пыли ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п.

11.2. Подготовка проб. Извлечение водорастворимых форм химических соединений из ПК продукции.

Извлечение водорастворимых форм химических соединений из ПК продукции. Экстракты из образцов готовят путем настаивания в дистиллированной воде. Соотношение веса или объема образца и объема воды, а также продолжительность экстракции приведены в таблице 1. В сосуд помещают объем жидкого образца (или навеску порошкового образца), заливают определенным объемом дистиллированной воды (комнатная температура, pH 7.0-7.4) и выдерживают определенное время.

ПК продукция, представленная маслосодержащими средствами и кремами, требует периодического перемешивания в течение времени экстракции. В данных случаях после 1 часа экстракции осторожно отбирают водную фазу. Водную экстракцию из жиросодержащих косметических средств удобно проводить в воронках делительных, поскольку сливается нижняя водная фаза.

Средства для ухода за ногтями требуют предварительной подготовки. На предметное стекло (2см x 2см) ровным слоем наносят исследуемую навеску (1г) образца и оставляют при комнатной температуре до полного высыхания. Подсушенный образец средства для ногтей помещают в сосуд с дистиллированной водой (комнатная температура, pH 7.0-7.4). Объем воды и время экстракции приведены в таблице 1.

После приготовления водных экстрактов из ПК продукции проводят их дополнительное разведение дистиллированной водой, получая по 4 пробы при следующих отношениях экстракт: вода 1:1 (первичное разведение, приведено в таблице 1), 1:2, 1:4 и 1:8. Эта операция необходима для вычисления параметров ЕС.

Например, отбирают в пробирку с пробкой 5 мл первичного разведения шампуня (разведение 1:1), добавляют 5 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Получают пробу с разбавлением 1:2. Затем в другую пробирку отбирают 5 мл этого экстракта и добавляют 5 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Получают пробу с разбавлением 1:4. Потом в другую пробирку отбирают 5 мл этого экстракта и добавляют 5 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. Получают пробу с разбавлением 1:8.

Таблица 1

Условия приготовления водных экстрактов в зависимости от вида продукции

Вид ПК продукции	Масса или объем образца	Объем дистиллированной воды, мл	Первичная степень разведения	Продолжительность экстракции
Жидкие пеномоющие средства (пена для ванны, гель для душа, жидкое туалетное мыло), шампуни для волос и тела	1 мл	20	1 20	10 мин
Жиродержащие косметические средства (лосьоны, косметические эмульсии, косметическое молочко), ароматические экстракты, масляные экстракты	0,1 мл или 0,1 г	100	1 1000	1 час
Спиртосодержащая продукция (лосьоны, одеколоны, духи, туалетная и парфюмерная вода)	1 мл	20	1 20	10 мин
Дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке	0,1 мл	100	1 1000	10 мин
Кремы косметические	1 г	10	1 10	1 час
Средства для ухода за ногтями(лаки, базы и основы под лак, укрепители и пр)	1 г	20	1 20	1 час

При исследовании отдельных ингредиентов ПК продукции необходимо сделать 4 последовательных разведения дистиллированной водой, получая по 4 пробы при следующих отношениях экстракт вода 1 1, 1 2, 1 4 и 1 8 Эта операция необходима для вычисления параметров ЕС

Не допускается консервирование проб, предназначенных для исследования на токсичность

11.3. Подготовка тест-объекта «Эколюм» и прибора «Биотокс-10».

Подготовка прибора «Биотокс-10».

Подготовку прибора «Биотокс-10» проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Регидротация биосенсора «Эколюм».

Вскрыть флакон с лиофилизированным препаратом «Эколюм» Добавить 10 мл дистиллированной воды, рН 7 0-7 4 комнатной температуры для получения суспензии бактериального препарата Желательно использовать стерилизованную дистиллированную воду Рекомендуется несколько раз встряхнуть флакон с суспензией препарата

Рекомендуется перемешивание рабочей суспензии препарата перед отбором определенных объемов для проведения анализа

Выдержать суспензию в течение 30 минут

Определение рабочей концентрации биосенсора «Эколюм».

Измерить фоновое значение прибора «Биотокс-10» (по инструкции к прибору, при счете 10 сек без кюветы) и записать это значение

Добавить 0,1 мл суспензии бактерий из флакона в кювету люминометра. Затем туда же добавить 0,9 мл дистиллированной воды (рН 7,0-7,4, комнатная температура)

Вставить кювету с биосенсором в люминометр и измерить величину интенсивности биолюминесценции. Свечение рабочей суспензии бактерий должно находиться в интервале, превышающим фоновое значение прибора в 25-250 раз. Если величина больше интервала, то следует разбавить суспензию бактерий дистиллированной водой и повторить измерение.

Если у биосенсора истек гарантийный срок хранения и/или он стал плохо растворяться в холодной дистиллированной воде, рекомендуется более энергично его встряхивать и отфильтровать суспензию бактерий через бумажный фильтр.

12 Проведение испытаний.

В стандартном анализе готовят контрольный образец путем смешения в кювете от люминометра 0,1 мл рабочей суспензии бактерий и 0,9 мл дистиллированной воды (рН 7,0-7,4). При приготовлении опытных образцов к 0,1 мл рабочей суспензии бактерий добавляют 0,9 мл пробы ПК продукции различного разведения. Температура дистиллированной воды и образцов должна быть одинаковой.

Измерение токсикологических параметров проводят с помощью прибора «Биотокс-10» в стандартном варианте через 30 минут экспозиции. В экспрессном варианте допустимо проведение анализа через 5 минут.

12.1. ПК продукция. Ингредиенты ПК продукции.

При исследовании ПК продукции после вывода прибора в режим измерения ЕС определяется интенсивность свечения контрольной кюветы и 4-х проб, полученных путем разбавления исследуемой пробы дистиллированной водой в следующих отношениях 1:1, 1:2, 1:4 и 1:8. Для всех 4-х проб автоматически определяется G-функция, значения которой заносятся в оперативную память микроконтроллера прибора. По данным этих измерений микроконтроллер при нажатии специальной кнопки клавиатуры управления производит автоматически вычисление коэффициентов ЕС20 и ЕС50 и представляет данные на дисплее.

При исследовании коэффициентов ЕС ингредиентов ПК продукции рекомендуется убедиться при измерении токсичности приготовленного раствора, что величина G для данной пробы не превышает значения 25. В случае если величина больше, может увеличиться погрешность измерения величин ЕС. В таком случае необходимо развести пробу дистиллированной водой.

Как при исследовании ПК продукции, так и ингредиентов, после определения, путем измерения величины ЕС20 - насколько надо разбавить раствор, чтобы он стал не токсичным, необходимо учесть вклад этапа предварительного разбавления.

Следует обратить внимание, что при интенсивности биолюминесценции опыта больше или равным контролю вычисление G-функции не производится. В этом диапазоне образец не токсичен. Следует уменьшить степень первичного разбавления.

Для большей достоверности проведения измерений рекомендуется делать несколько параллельных разбавлений исходного образца.

12.2 Определение соответствия качества ПК продукции по сравнению с эталонным образцом.

В случае наличия эталонного образца ПК продукции исследования качества продукции проводятся по сравнению опытного и эталонного образцов. Водная экстракция из эталонного образца проводится, как указано выше, и этот раствор используется как контроль. Условия экстракции должны быть строго одинаковыми в контроле и опыте.

Измеряется свечение эталонной пробы и прибор запоминает эту величину. Затем измеряются повторности опытной пробы, и прибор автоматически фиксирует значения индекса токсичности каждой пробы и усредненную величину индекса токсичности. В этом анализе параметры ЕС не измеряются.

Оценку токсичности пробы проводят по относительному различию в интенсивности биолюминесценции контрольной и опытной проб и вычислению индекса токсичности «Т». Абсолютная величина интенсивности биолюминесценции контроля не имеет принципиального значения в диапазоне допустимых значений прибора «Биотокс-10».

Рекомендуется измерять три повторности водного экстракта ингредиента. Обработку результатов измерений токсичности выполняют путем расчета среднеарифметического значения величины индекса токсичности «Т» по формуле $T=(T_1+T_2+T_3)/3$, где T_1 - T_3 - повторности опытной пробы. Величины T_1 , T_2 и T_3 получают при измерении последовательности контроль, и затем серия опытных образцов.

Прибор «Биотокс-10» автоматически определяет усредненный показатель индекса токсичности и погрешность измерения. Если погрешность измерения большая, необходимо увеличить число повторностей.

В случае определения токсичности пробы при малых разведениях можно определить насколько это связано со значениями pH исследуемого раствора. Для этого измеряют pH пробы и, если величина pH находится за пределами 6,5-8,0, приводят pH до значений 7,0-7,4 и повторяют измерение токсичности.

В ряде случаев возможен вариант, когда интенсивность биолюминесценции в анализируемой пробе больше, чем в контроле. В таком случае независимо от величины отрицательного значения «Т» делается вывод об отсутствии токсичности образца, и индекс токсичности принимает нулевое значение.

12.3. Определение фототоксичности ПК продукции.

При исследовании фототоксичности ПК продукции образцы предварительно подвергают освещению светом с длиной волны 300-750 нм и мощностью 5 дж/см² в течение 60 мин.

Дальнейшие приготовления водных экстрактов и измерение токсичности образцов проводят, как описано выше (п. 10.2). В качестве контроля используют водный экстракт из необлученной ПК продукции.

13. Обработка, оценка и оформление результатов.

Оценку токсичности пробы проводят по относительному различию в интенсивности биолюминесценции контрольной и опытной проб и вычислению индекса токсичности «Т» и параметров ЕС20 и ЕС50.

В ряде случаев возможен вариант, когда интенсивность биолюминесценции в анализируемой пробе больше, чем в контроле. В таком случае независимо от величины отрицательного значения «Т» делается вывод об отсутствии токсичности образца, и индекс токсичности принимает нулевое значение.

По величине индекса токсичности анализируемой пробы классифицируются на три группы (Таблица 2).

Таблица 2.

Группы	Величина индекса токсичности «Т»	Вывод о степени токсичности Пробы
1	меньше 20	допустимая степень токсичности
2	от 20 до 50	образец токсичен
3	равно или больше 50	образец сильно токсичен

Количественные оценки токсичности ПК продукции (параметр ЕС20), ингредиентов и фоточувствительности ПК продукции (индекс токсичности) представлены в таблице 3

Таблица 3
Количественные параметры оценки токсичности ПК продукции

Вид продукции	Т	ЕС20
Жидкие пеномоющие средства (пена для ванн, гель для душа, жидкое туалетное мыло), шампуни для волос и тела		1 100
Спиртосодержащая продукция (лосьоны, одеколоны, духи, туалетная и парфюмерная вода)		1 100
Жиросодержащие косметические средства (лосьоны, косметические эмульсии, косметическое молочко), ароматические экстракты, масляные экстракты		1 4000
Дезодоранты и депиляторы в аэрозольной упаковке		1 8000
Кремы косметические		1 100
Средства для ухода за ногтями(лаки, базы и основы под лак, укрепители и пр)		1 100
Ингредиенты ПК продукции	20	Концентрация, вызывающая ЕС20
Сравнение ПК продукции и ингредиентов с эталонным образцом	20	
Фото токсичность ПК продуктов	20	

ПК продукция признается токсичной, если согласно параметру ЕС20 необходимо большее разбавление, нежели указано в таблице 3 При достижении параметра ЕС50 продукция признается сильно токсичной

При определении токсичности ингредиента ПК продукции нужно сопоставить концентрацию, вызывающую ЕС20, с концентрацией этого ингредиента в ПК изделии Если она больше, то необходимы дополнительные анализы с применением других методов для заключения о возможности использования ингредиента

В случае выявления дополнительной токсичности ПК продуктов после освещения необходимы дополнительные анализы с применением других методов

При обнаружении отличия ПК продукции и ингредиентов от эталонных образцов на величину большую $T=20$ следует провести дополнительные исследования качества продукции другими методами

Результат токсикологического анализа представляется в виде протокола (Приложение 1)

14. Контроль погрешности методики токсикологического анализа.

Контроль качества оценки токсичности объектов окружающей среды проводится по определению чувствительности используемых тест-организмов к модельному «эталонному» токсиканту цинку сернокислому 7-водного ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$). Расчет проводится по содержанию ионов цинка. Диапазон концентраций модельного токсиканта, при действии которого в течение 30 минут интенсивность биолюминесценции ингибируется на 50%, составляет 0,6-1,5 мг/л.

Удовлетворительные результаты, полученные при проверке диапазона реагирования люминесцентных бактерий на модельный токсикант, не обеспечивают гарантии адекватного реагирования организмов на другие токсиканты и тем более их смеси, однако регулярно проводимая проверка позволяет выявить ошибки при приготовлении исследуемых смесей и растворов, нарушения, допускаемые в условиях проведения опытов.

Процедура определения диапазона реагирования тест-системы «Эколюм» на модельный токсикант проводится путем действия раствора, содержащего 4,4 мг/л цинка сернокислого при времени инкубации 30 минут с биосенсором. Должно происходить не менее чем 50%-ное ингибирование интенсивности биолюминесценции по сравнению с контролем. В случае если эта величина меньше, то следует проверить точность приготовления исследуемых растворов, условий проведения опытов. Если все правильно, то биосенсор не используется.

15. Форма представления результатов анализа.

Результат токсикологического анализа в документах - индекс токсичности, предусматривающих его использование, представляется в виде

$$\bar{X} \pm s, \text{ при } P = 0,95$$

\bar{X} — среднее арифметическое определений,

За результат анализа (\bar{X}) принимают среднее арифметическое результатов трех (или более - до 10) параллельных измерений индекса токсичности. Индекс токсичности T вычисляется по формуле $T=100 (I_{\text{контр}} - I_{\text{опыт}})/I_{\text{контр}}$, где $I_{\text{контр}}$ и $I_{\text{опыт}}$ соответственно интенсивности биолюминесценции бактерий в контрольной и опытной пробах.

Среднее квадратичное отклонение (σ) результатов определений количественного выражения тест-реакции - индекса токсичности вычисляется по формуле

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n - 1}},$$

где x_i — i -й результат определений, n — число параллельных определений.

Среднее арифметическое \bar{x} результатов определений количественного выражения тест-реакций вычисляется по формуле

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Все указанные статистические параметры вычисляются измерительным прибором «Биотокс-10» автоматически по команде оператора.

наименование учреждения, выдавшего протокол

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

Регистрация в реестре

ПРОТОКОЛ №
определения токсичности пробы с помощью биотеста «Эколюм»
и прибора «Биотокс-10»

Наименование учреждения/отдела
токсикологической оценки

_____ вид испытаний _____ № образца
от «» 2004г

Наименование образца

Наименование предприятия-изготовителя:

Наименование заявителя (отдела):

Упаковка, маркировка, описание образца

НД на методы испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Показатели токсичности	Критерии оценки	Вывод о степени токсичности пробы
Индекс токсичности:	<u>меньше 20</u> - допустимая степень токсичности, <u>от 20 до 50</u> - образец токсичен, <u>равно или больше 50</u> - образец сильно токсичен,	
Средняя величина ЕС20		

Испытания проведены:

(Ф И О лиц, проводивших испытание)

(дата)

Заключение, рекомендации:

Вывод о токсичности образца

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы

Частичная перепечатка протокола запрещена

Ответственный специалист

Форма регистрации условий и результатов биотестирования ПК продукции по сравнению с эталоном, фототоксичности ПК продукции

ПРОТОКОЛ №
определения токсичности пробы с помощью биотеста «Эколюм»

Наименование организации	
Наименование пробы	
Дата, время приготовления пробы	
Дата измерения проб	
Число повторностей измерения проб	
Результаты биотестирования Усредненный индекс токсичности	
Погрешность измерения	
Оценка токсичности пробы	
Оператор, Ф И О	